GeneSpector

RESALIVA odběrová souprava
Návod k použití

Před samotným odběrem **30 min.** **nejezte, nepijte, nekuřte, nevyplachujte si ústa.**

Umyjte nebo dezinfikujte si ruce.



Opatrně otevřete zkumavku s tyčinkou na sliny.

Tyčinku vložte do úst.

Tyčinku nechte v ústech **1–2 min.** bez žvýkání.

Tyčinku ústy vložte do zkumavky.



Zkumavku pořádně zavřete.

Na zkumavku nalepte přiložený čárový kód, tak aby byl pouze na dolní části odběrové zkumavky.



Zkumavku vložte v igelitovém sáčku do obálky a odešlete do laboratoře.

Katalogové číslo GS-316 Odběrová zkumavka na sliny | orders@genespector.com

GeneSpector s.r.o. Petrská 1180/3, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic
VAT: CZ09404546 | www.genespector.com